



Изм. № 345..... / 24.03.2015 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснения № 2 по документация за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: “Доставка на Аналитична система UPLC/Q-TOF MS/MS ”

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпили въпроси по горепосочената обществена поръчка, предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1:

В посочените в документацията за участие критерии за оценка на предложенията има неяснота относно параметър T17 – „Скорост на сканиране в режим MS и MS/MS – T17“. Бихте ли уточнили коя скорост на сканиране е скоростоопределяща в T17 от допълнителните показатели за оценка, тъй като много от производителите на такъв тип аналитична апаратура декларират в официалните си публикувани спецификации различни скорости на сканиране в режим MS и режим MS/MS. Би било редно да се вземе предвид по-бавната и затова препоръчваме да се уточни в документацията, че трябва участникът да декларира по-бавната от двете скорости на сканиране.

Отговор № 1:

Възложителят не е предвидил да оценява отделно скоростите на сканиране в режим MS и режим MS/MS. Поради това, ако има разлика между двете, ще се оценяват максималните стойности за по-бавната от двете скорости на сканиране за режим MS и режим MS/MS.

ДИРЕКТОР НА ИОХЦФ-БАН


проф. дхн П. Иванов

