



БЪЛГАРСКА
АКАДЕМИЯ
на НАУКИТЕ
1869

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ
С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ул. Акад. Георги Бончев Бл. 9
София 1113, България
www.orgchm.bas.bg

Тел: +359 2 9606 140
Факс: +359 2 870 02 25

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**Разяснение по чл. 33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет:
„Доставка на лабораторна стъклария за нуждите на ИОХЦФ-БАН”**

Въпрос: По точка 184 от Техническата спецификация към документацията за участие е записано: *Стъклен ексикатор с кран за вакуум, диаметър 400 мм.*

Моля да уточните дали изискването за диаметър от 400 мм се отнася за плочата на ексикатора или за външния диаметър на ексикатора.

Отговор: По точка 184 от Техническата спецификация към документацията за участие е записано: *Стъклен ексикатор с кран за вакуум, диаметър 400 мм.* Диаметър 400 мм се отнася до външния диаметър на ексикатора, а не до диаметъра на плочата.

Директор на ИОХЦФ-БАН:

/проф. дн Светлана Симова/